No. 298718e

令和 元年 10月 16日

# 試 験 報 告 書

清水屋酒造有限会社 様

計量証明事業登録 群馬県 環第5号・15号・25号
計量証明事業登録 群馬県 群特第1号
水道法20条水質検査機関 登録208号

株式会社 環境技研
群馬県高崎市金古町1709-1
TEL 027-372-5111
FAX 027-372-5001

令和元年10月10日にご依頼頂きましたお持込み試料の試験結果を以下の通りご報告申し上げます。

試験完了日 令和 元年 10月 15日

| | |
|---|---|
| 試 料 名 | 2019年 新潟県産 五百万石 |
| 件 名 | 放射能測定 |
| 試験概要 | － |
| 採取年月日 | － |
| 採 取 者 | － |
| 採 取 点 | － |
| 立 会 者 | － |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天 候 | － | 気 温(℃) | － | 水 温(℃) | － | 流 量 | － |
| 外 観 | － | 臭 気 | － | | | 透 視 度 | － |

| 試 験 項 目 | 試 験 結 果 | | 試 験 方 法 |
|---|---|---|---|
| ヨウ素(I-131) | 不検出 | (Bq/kg) | 備考参照 |
| セシウム(Cs-134) | 不検出 | (Bq/kg) | 備考参照 |
| セシウム(Cs-137) | 不検出 | (Bq/kg) | 備考参照 |
| 【以下合計値】 | ---------- | | |
| 放射性セシウム | ***** | (Bq/kg) | 備考参照 |
| －以下余白－ | | | |

備考
【試験方法】食品中の放射性セシウム検査法(厚生労働省 平成24年3月15日)
【検査装置】ゲルマニウム半導体検出器：GC2018 (CANBERRA)
※注1:「放射性セシウム」とは、Cs-134とCs-137の合計値をいう。
※注2:1未満(Bq/kg)を「不検出」という。

| | |
|---|---|
| 計量管理者 | 加田 誠 |
| 測定担当者 | 高岸 |